

Rychlý přehled – REDOX sonda

Kdy kalibrovat sondu?

Po vybalení je sonda ihned připravena k měření. Sondu kalibrujeme po 1-2 letech.

Jak kalibrovat sondu?

Sondu lze v případě potřeby kalibrovat v redoxních kalibračních roztocích.

Jak správně přechovat sondu?

Nasucho v dodávané krytce, kterou nasadíme na sondu.

Kdy čistit sondu?

V případě nestabilního měření.

[DETAILNĚJŠÍ INFORMACE V NÁVODU K SORC-ORC.](#)